

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΩΡΛ

1. Όλα τα είδη θα πρέπει να είναι καινούργια, αμεταχείριστα, χωρίς ελαττώματα.
2. Να είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα (Stainless Steel) που η σύσταση του, να συμφωνεί κατασκευαστικά με τα Διεθνή DIN17442/ISO7153 και αντέχουν στην αποστείρωση και στην πολλαπλή χρήση τους.
3. Να φέρουν χαραγμένα στο μέταλλό τους: το σήμα του εργοστασίου, τον κωδικό αριθμό του εργοστασίου (part number) καθώς επίσης και το CE MARK
4. Να είναι απολύτως εγγυημένα για το ατραυματικό φινίρισμά τους, τη σωστή ευθυγράμμιση των σκελών τους, την άριστη λειτουργία των αρθρώσεών τους, ώστε να εξασφαλίζεται μαλακό άνοιγμα, σταθερό και ισχυρό κλείσιμο σε λαβίδες
5. Τα χειρουργικά εργαλεία να είναι ματ, ώστε να μην αντανακλούν στο φως της χειρουργικής λυχνίας και να παρεμποδίζουν την όραση του χειρουργού.
6. Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία των υπό προμήθεια ειδών για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την οριστική παραλαβή τους
7. Να κατατεθούν τα πιστοποιητικά :
 - ISO εργοστασίου κατασκευής
 - ISO εργοστασίου πρώτης ύλης κατασκευής των χειρουργικών εργαλείων
 - Πιστοποίηση CE χειρουργικών εργαλείων
 - ISO προμηθεύτριας εταιρείας για εμπορία και τεχνική υποστήριξη ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

ΓΙΑ ΤΑ ΩΡΛ ΙΑΤΡΕΙΑ:

ΜΑΡΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΠΕΤΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

7^Η Υ.ΠΕ. - Κ.Υ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΜΑΡΚΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΩΡΛ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ε.Σ.Υ.
ΑΜΚΑ: 12086500027
ΑΜ ΤΣΑΥ: 79365

7^Η Υ.ΠΕ. - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΠΕΤΤΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΩΡΛ.
ΑΜΚΑ: 28098102222 ΑΜ ΤΣΑΥ: 116594